

CLINITEK STATUS

Lecteur d'analyse urinaire

- Utilisation de l'appareil par écran tactile.
- Facile à transporter
- Permet d'éviter les sources d'erreurs liées à une interprétation visuelle.
- Mémorisation des données sur les patients.
- Identification des utilisateurs.

Affichage et impression automatiques des résultats.

Possibilité d'être connecté à un dossier patient informatisé.



Le Clinitek Status permet d'effectuer de rapides analyses urinaires ainsi que des examens immunologiques usuels, comme par exemple, le hCG.

Grâce à son écran tactile intuitif, l'analyseur est simple à utiliser et facile à entretenir.

Il chronomètre précisément toutes les lectures, enregistre tous les résultats pour vous.

Le Clinitek Status est connecté avec la base de donnée Lagon 2000.

*JLM Médical
60 rue de Sartrouville
Bat 6*

*78230 Le Pecq
Téléphone : (33) 1 30 15 16 90
Fax : (33) 1 30 53 43 78
Mail : ventes@jlmmedical.fr
Site : www.jlmmedical.fr*

Description du Clinitek Status

Caractéristiques du produit :

- L'analyse urinaire dans la pratique quotidienne :
 - Fournit des informations importantes sur des processus pathologiques de l'organisme (Affections rénales, Infections, ...).
 - Améliore la surveillance et la gestion des maladies.
 - Permet des tests de grossesse rapides et simples.
 - Est une méthode rapide et économique pour obtenir une première impression sur

Avantages du Clinitek Status :

- L'analyseur électronique permet une précision et une rapidité des résultats au dépend des analyseur de bandelettes visuels, où la perception des couleurs varie d'un patient à l'autre.
- Les résultats ne sont ni notés ni documentés manuellement, mais sont analysés directement puis imprimés.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions :
 - Profondeur : 272 mm
 - Largeur : 171 mm
 - Hauteur : 158 mm
- Poids : 1, 66 Kg (Sans pile ni alimentation).
- Fonctionnement : 6 piles alcalines AA non rechargeables.
- Mémoire de l'appareil : Résultats des tests de 200 patients (Informations : nom et identification du patient).

Réalisation des tests :

- **Sélection du test :**
Sélectionnez le test désiré sur l'écran tactile intuitif.



Préparez l'appareil pour une bandelette pour l'analyse urinaire : sélectionnez la fonction « Analyse bandelette ».

- **Imprégner la bandelette et la placer dans l'analyseur :**



Activez la touche « démarrer », puis trempez la bandelette dans l'échantillon d'urine. Éliminez l'excès d'urine. Placez la bandelette sur la partie coulissante. L'appareil effectue alors l'analyse.

- **Consulter les résultats :**



A la fin de l'analyse, les résultats sont affichés sur l'écran et imprimés automatiquement.